

Додаток 1

Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер у Миколаївській, Харківській та Кіровоградській областях у межах проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - MOM)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до участі в конкурсі на закупівлю медичного обладнання в рамках проєкту “Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)” для громад Кіровоградської області

Лот	Найменування та опис товару	Кількість	Деталізація специфікації:	
1	Монітор пацієнта	1 шт	Загальні характеристики:	
			Маса	не більше 5 кг
			Час роботи від акумулятору	не менше 5 годин
			Час до повної зарядки	не більше 4 годин
			Живлення від мережі	110-240В, 50/60 Гц
			Ступінь захисту від вологи	не гірше IPX2
			Режим роботи приладу	безперервний
			Ручка для транспортування монітору	наявність
			Температура робочого середовища	від 5 до 40 °C
			Вологість робочого середовища	від 30 до 85% (без конденсації)
			Параметри дисплею:	
			Кольоровий, сенсорний РК-дисплей	наявність
			Діагональ дисплею	не менше 15,6” (дюймів)
			Розділова здатність дисплею	не гірше 1366 x 768 пікселів
			Функція зупинки (заморозки) екрану	наявність
			Медичний калькулятор для препаратів	наявність
			Зміна формату відображення даних за допомогою однієї кнопки	наявність
			Кількість форматів відображення даних	не менше 4
			Сенсор освітленості, для автоматичного регулювання яскравості екрану	наявність
			Характеристики параметрів, що вимірюються:	
			Частота серцевих скорочень (ЧСС)	наявність
			Частота дихання	наявність
			Концентрація кисню в крові (SpO ₂)	наявність
			Частота пульсу	наявність
			Неінвазивний артеріальний тиск (HiAT)	наявність
			Температура (Темр)	наявність
			Реєстрація аритмій	наявність

		Діапазон вимірювання ЧСС	не гірше 15-300 уд/хв
		Похибка вимірювання ЧСС	не гірше ± 1 уд/хв.
		Діапазон вимірювання частоти дихання	не гірше 0-120 вдихів/хв
		Похибка вимірювання частоти дихання	не гірше ± 2 вдихи/хв
		Діапазон вимірювання SpO ₂	не гірше 0-100%,
		Похибка вимірювання SpO ₂	не гірше $\pm 2\%$
		Діапазон вимірювання пульсу	не гірше 25-250 уд/хв
		Похибка вимірювання пульсу	не гірше ± 2 уд/хв.
		Діапазон вимірювання неінвазивного тиску	не гірше 10..270 мм рт. ст.
		Похибка вимірювання неінвазивного тиску	не гірше ± 5 мм.рт.ст.
		Діапазон вимірювання температури тіла	не гірше 0-50°C
		Похибка вимірювання температури тіла	не гірше $\pm 0,3^\circ\text{C}$
		Криві, що повинні виводитись на екран монітору:	
		ЕКГ-відведення	I, II, III, aVR, aVR, aVF, V
		Крива дихання	наявність
		Плетизмограма від SpO ₂ – модуля	наявність
		Визначення імпульсів кардіостимулятора	наявність
		Криві трендів	ЧСС, пульс, SpO ₂ , НіАТ, частота дихання, температура, ST
		Тривалість збережених трендів	не менше 168 годин
		Кількість збережених подій у пам'яті	не менше 200 подій
		Можливість ручного збереження подій	наявність
		Можливість роботи в мережі	
		Підключення приліжкового монітору до центральної станції	наявність Ethernet LAN порту
		Програмне забезпечення для центральної станції	наявність в комплекті
		Налаштування тривоги:	
		Різнокольоровий світловий індикатор тривоги на передній панелі приладу	наявність
		Система фізіологічних та технічних тривоги	наявність
		Звукові та світлові тривоги	наявність

		Можливість налаштування граничних значень тривоги окремо по кожному параметру	наявність
		Можливість налаштування пріоритету тривоги окремо по кожному параметру	наявність
		Максимальний рівень звукового сигналу тривоги	не гірше 85дБ
		Вимоги до комплектації	
		Прилад	наявність
		ЕКГ-кабель на 5 відведень	наявність
		ЕКГ-кабель на 3 відведення	наявність
		Датчик SpO2 для дорослих	не менше 2 штук
		Датчик SpO2 для дітей	наявність
		Манжета вимірювання АТ для дорослих	не менше 3 штук
		Манжета вимірювання АТ для дітей	наявність
		Датчик температури наскірний	не менше 2 штук
		Програмне забезпечення для підключення монітора пацієнта до Центральної станції	наявність
		Інструкція українською мовою	наявність
		Загальні вимоги:	
		Прилад повинен відповідати директиві 93/42/ЕЕС	клас ІІb
		Повинен відповідати наступним стандартам	IEC/EN 60601-1
		Гарантія на прилад	не менше 12 місяців

Спеціальні умови:

1. Ціна пропозиції має включати всі можливі витрати постачальника, у тому числі податки, збори, транспортні, пакувальні та інші супутні витрати.
2. Замовник залишає за собою право не викуповувати окремі позиції у переможця, якщо вони не відповідають технічним вимогам або характеристикам, визначеним у специфікації. У такому випадку відповідні позиції можуть бути передані учаснику, який запропонував наступну найнижчу ціну за цими позиціями.
3. Пропозиція має охоплювати повну кількість одиниць у межах одного лоту. У разі, якщо учасник подає неповну пропозицію за лотом, така пропозиція не розглядатиметься.
4. Просимо постачальників надавати свої пропозиції у форматі, максимально наближеному до наведеної технічної специфікації.
5. У вартість товару обов'язково має бути включена доставка до місця призначення в Олександрівську громаду Кіровоградської області. Точна адреса доставки буде повідомлена під час укладання Договору.
6. Всі товари, що поставляються повинні бути цілими, новими, такими, що не були у використанні в т.ч в якості демонстраційного зразка та не експонувалися на виставках, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, мати відповідне маркування.